



Laboratory Environet

[Home](#) [Momentanwerte](#) [Verlauf](#)

Momentanwerte Temperatur / Feuchte System

Allgemeines Labor

Standort 1	Messwert	Alarm
Temperatur	27.1658 °C	1
Feuchtigkeit	37.176 %RH	1
Standort 2	Messwert	Alarm
Temperatur	26.2628 °C	1
Feuchtigkeit	38.8509 %RH	1

Drucklabor

Standort 3	Messwert	Alarm
Temperatur	26.829 °C	1
Feuchtigkeit	37.5615 %RH	1

Alarmlegende

0 = Alles i.O.

1 = Temperaturwert ist ausserhalb vom erlaubtem Bereich

2 = Feuchtigkeitswert ist ausserhalb vom erlaubtem Bereich

3 = Temperatur- & Feuchtigkeitswert ausserhalb vom erlaubtem Bereich