



Laboratory Environet

[Home](#)[Momentanwerte](#)[Verlauf](#)

Momentanwerte Drucksystem

Drucklabor

Standort 3	Messwert
Umgebungsdruck DPI141	980.216 mbar
Glocken-Restdruck Druckwaage Ruska	1.3235 mbar
Einstelldruck Druckwaage Ruska	1.2545 bar
Temperatur Druckwaage Ruska	24.023 °C
Temperatur Druckwaage Pressurements	23.324 °C
Temperatur Druckwaage Cella	23.455 °C